LSTONON®-Q3 维护保养手册

北京乐珑医疗科技有限公司 · 版本 v1.1.0

适用机型：LSTONON®-Q3 全系列；日常维护简捷方便，免特殊维护（例行清洁与周期性校验要求详见维护保养手册）。

保养级别：★=操作员　★★=设备工程师　★★★=乙方售后或授权人员。

1. 分级保养表

周期	项目	内容	级别
每班	清洁	夹持区、光学窗口无尘布清洁；清除碎屑	★
每班	点检	气源压力、急停复位、标准样件快速确认	★
每周	光学	光源均匀性目检；镜头表面检查	★★
每周	运动	夹持机构有无松动、异响；导轨目视	★★
每月	精度	用标准样件做判定确认，记录漂移趋势	★★
每月	数据	存储空间检查，按策略备份	★★
每季	校准	按《校准规程》执行周期性校验	★★★
每年	深度保养	光路检查、机械紧固复验、全面校验	★★★

2. 易损件与耗材

项	更换依据	建议备量
夹紧密封圈	每年定期更换（随机附送 1 年用量）	随机附送量，年消耗约数百元
无尘布、清洁耗材	按班消耗	常备

注意：易损件更换如涉及光路，更换后必须用标准样件校验通过方可继续检测。

3. 保养记录

每次保养填写：日期、设备序列号、项目、结果、操作人——记录随设备档案保存，作为质保与校准依据。

4. 停机保养（长假/搬迁）

1. 清洁光学系统并做防尘封装。
2. 松开夹持机构处于松弛位；机架固定防倾。
3. 搬迁须由乙方或授权人员实施（非乙方实施的搬迁损伤不在保修范围）。

LSTONON 版权所有 禁止复制